

## **IPT RAME**

### **Istruzioni per l'uso**

1. Risciacquare la provetta con l'acqua da analizzare e riempirla fino alla tacca di 5 ml.
2. Aggiungere 10 gocce di Reagente Copper A e agitare
3. Aggiungere 5 gocce di Reagente Copper B e agitare nuovamente
4. Dopo 5 minuti appoggiare la provetta sulla scala cromatica e, trguardando dall'alto, individuare il colore che si avvicina maggiormente.